



# E.K.E.T.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 133-264 42 ΠΑΤΡΑ- ΤΗΛ: 2610 452459- E-mail: eketrop@gmail.com

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΕΚΕΤ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC): Ε. ΜΠΙΛΕΛΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΕΤ: 14426 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: ΕΚΕΤ

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ATMOS LAB

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

ΑΦΜ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

ΤΗΛ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟΤΥΠΟ:

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ: AGRINIO- ΛΗΞ: 11.09.2016

ΕΙΔΟΣ: ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10mL

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΥΜΜΑΤΟΣ: ΑΠΟΡ.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΕΥΘΥΝΗ: ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΙΔΙΚΑΣΙΑ: Ο: 40003

ΠΗΜΝΙΑ: 15/09/14 ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ:

ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ: Ο: 40001

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Ο: 40002

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: 15/09/14

ΚΩΛΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ: #010

ΚΩΛΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΙΩΣΕΙΣ:

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

|                            |  |                                                                              |            |         |            |                               |
|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: |  | 14426                                                                        |            |         |            |                               |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ        |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ                                                                   | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ                       |
| ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ             |  | ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗ                                                                  | <0,5       | µg/mL   | ΠΛΗΡΗΣ     | I.H. 44320/<br>OFD-SPME-GC-MS |
| AGRINIO- ΛΗΞ: 11.09.2016   |  |                                                                              |            |         |            |                               |
| ΣΧΟΛΙΑ:                    |  | ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ |            |         |            |                               |

Η Προπανάλη χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο σύμφωνα με την μέθοδο Ι.Η. 44320 παρ./ GC-MS

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΤΡΑ,

ΕΚΕΤ



ΔΙΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΧΗΜΙΚΟΣ- Α/ΝΤΗΣ Τ.Τ.Μ.